



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025–ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 3

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

SHIMMER INSPECTION , REPAIR AND MAINTENANCE OF EQUIPAMENT LTDA
SHIMMER LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIO

ACREDITAÇÃO Nº

TIPO DE INSTALAÇÃO

CRL 1375

INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

**MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS**

ENSAIOS MECÂNICOS

VALVULA DE
SEGURANÇA E/OU
ALIVIO

ENSAIO DE ABERTURA, FECHAMENTO E VEDAÇÃO
FAIXA DE 10 kPa ATÉ 100 MPa

SH-OPR-98203-F

PRESSOSTATO

ENSAIO DE ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO
FAIXA DE 10 kPa ATÉ 100 MPa

SH-OPR-98294-0

VACUOSTATO

ENSAIO DE ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO
FAIXA DE -10 kPa ATÉ -90 kPa

SH-OPR-98294-0

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 19/12/2023

